



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl

ZP/SZ/17/192

Białystok, dnia 03.11.2017 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ
Nr sprawy: 29/SZ/2017

Pakiet nr: 2. – Linie krwi

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na linie uniwersalne do hemodializy do aparatów Fresenius 4008S i do aparatów Gambro AK96 w kompletach, spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ posiadające dodatkowo zaciski na drenach do czujnika tętniczego i żylnego chroniące czujniki przed uszkodzeniem (zalanie) przy wzroście ciśnienia krwi w układzie i zabiegające bardzo kosztownej naprawie tych czujników i wymianie tych czujników na nowe w przypadku uszkodzenia?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. – Dializatory

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z unikatową błoną syntetyczną polysulfonową mikroondulowaną o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla fosforanów i mocznika, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ? Nadmieniamy, że dializatory z unikatową mikroondulowaną błoną polysulfonową cechują się wysokimi walorami kliniczno-użytkowymi, które można porównać z walorami dla błony helixon, natomiast w/w błona wykazuje dużo lepsze parametry kliniczno-użytkowe niż błona poliethersulfon i polinefron. Tak więc zgodnie z Rozdziałem I, Pozycja nr 9 w Specyfikacji SIWZ, dializatory z unikatową mikroondulowaną błoną polysulfonową są równoważne w odniesieniu do dializatorów z błoną typu: helixon, poliethersulfon, polinefron.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr: 6. – Dializatory

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z błon syntetycznych, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 1,0m², spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr: 13. – Dializatory

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe z błon syntetycznych, sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma o powierzchni 2,2m², spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

Marek Karp