



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl

ZP/SZ/18/10

Białystok, dnia 24.01.2018 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę koncentratów do hemodializ
Nr sprawy: 32/SZ/2017

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w rozdziale X Wadium- powinno być :
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 8580,00 zł (4 Pakiety łącznie), dla ofert częściowych w wysokości złotych:

Pakiet nr 1	180,00
Pakiet nr 2	4000,00
Pakiet nr 3	3700,00
Pakiet nr 4	700,00

Pytanie nr 1

Pakiet nr: 1. – Składnik B w postaci kapsuł z suchym granulem o wadze 650 g do posiadanych przez szpital aparatów Gambro:

- a) Czy Zamawiający doprecyzuje co dokładnie znaczy zapis **Cena kapsuł z większą zawartością granulatu będzie oceniana w odniesieniu do kapsuł o wadze 650g.**
b) Czy Zamawiający wyjaśni zapis **Bez względu na zawartość granulatu (wyższą niż 650g) zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za 1300 sztuk kapsuł.**

Proszę o doprecyzowanie skąd liczba 1300 szt. (w formularzu cenowym mowa jest o 3600 szt.)

ODP. Zapis : cena kapsuł z większą zawartością granulatu będzie oceniana w odniesieniu do kapsuł o wadze 650g oznacza, że Zamawiającego nie interesuje cena za 1 g granulatu, tylko cena za kapsułę.

Liczba 130 0sztuk została zapisana omyłkowo – omyłkę poprawiono w sprostowaniu z dnia 16.01.2018 r.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.1 koncentratów w kanistrach 5 i 10 litrów, a w poz. 2 w kanistrach 5 litrów.

ODP. Zamawiający dopuszcza koncentraty w kanistrach 5 i 10 litrów.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

Marek Karp